

Kategori: Pasientbehandling/Smittevern	Gyldig fra/til: 25.06.2024/25.06.2027
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Pasientbehandling	Versjon: 4.03
Godkjenner: Dorteia Hagen Oma	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Smittevern, Seksjon for pasientsikkerhet	Dok.id: D34960

Innhold

1	Innledning	1
2	Gjennomføring.....	1
2.1	Flergangsutstyr.....	1
2.2	Bestikk og servise	2
2.3	Håndtering av tøy.....	2
2.4	Engangsutstyr.....	2
3	Referanser.....	2
4	Endringer siden forrige versjon.....	2

1 Innledning

Som hovedregel skal alt utstyr som trengs for undersøkelse, behandling og pleie oppbevares i isolatet frem til det ikke er behov for det lenger, eller isoleringen opphører.

2 Gjennomføring

2.1 Flergangsutstyr

- Skal desinfiseres før det tas ut fra isolasjonsrommet
- Utstyr som tåler varmedesinfeksjon, skal rengjøres i dekontaminator på isolatet
- Dersom isolatet ikke har dekontaminator skal utstyr pakkes i plastpose og transporteres direkte for dekontaminering på avdelingens skyllerom
- Rengjøringsutstyr er rombundet under isolasjonen. Hvis det må tas ut av isolatet eller ved opphør av isolasjon, skal rengjøringsutstyret desinfiseres og rengjøres i isolatet eller emballeres i plastpose og tas ut til nærmeste maskin for desinfeksjon
- Større utstyr som ikke kan varmedesinfiseres som f.eks. EKG apparat og blodtryksapparat, skal desinfiseres med egnet [desinfeksjonsmiddel](#) før det tas ut av isolatet
 - Ved kontakt- og dråpesmitte er det som regel tilstrekkelig med flekkdesinfeksjon av synlig søl, samt desinfeksjon av berøringspunkter
 - Ved luftsmitte skal i tillegg de deler av utstyret som kan være forurenset via luft desinfiseres. I disse tilfeller bør desinfeksjonen foregå i slusen, men kan også utføres på pasientrommet umiddelbart før uttransport slik at desinfeksjonsmiddelet får full virketid i slusen
- Søl og rester etter kjemisk desinfeksjon fjernes ved hjelp av vann og såp og kan foregå i slusen eller på avdelingens skyllerom
- Sakser, tenger eller hult spesialutstyr må desinfiseres på nytt i instrumentvaskemaskinen i egnede innsatser etter at det er tatt ut av isolatet

Se: [Rengjøring og desinfeksjon av flater, inventar og utstyr](#)
[Arbeid i desinfeksjonsrom \(skyllerom\)](#)

2.2 Bestikk og servise

- Matsservering bør foregå som ellers med vanlig servise og bestikk. Brukt servise og bestikk fra isolerte pasienter (kontakt- og dråpesmitte) kan håndteres på samme måte som spise- og drikkeservise fra øvrige pasienter. Matbrett som ikke går videre til felleskjøkkenet vaskes og desinfiseres etter bruk. Matrester håndteres som matavfall på vanlig måte.

2.3 Håndtering av tøy

[Håndtering av tøy, inkl smittetøy.](#)

2.4 Engangsutstyr

Kun nødvendig engangsutstyr skal oppbevares på isolatet

3 Referanser

Interne referanser

1.2.9.2-09	Rengjøring og desinfeksjon av flater, inventar og utstyr
1.2.9.2.2-01	Arbeid i Dekontamineringsrom (desinfeksjonsrom)
1.2.9.3-02	Dråpesmitteregime
1.2.9.3-08	Kontaktmitteregime
1.2.9.3-09	Luftmitteregime

Eksterne referanser

- [3.2.9.2.11 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings \(CDC\)](#)
- [3.2.9.2.6 Isoleringsveilederen](#)

4 Endringer siden forrige versjon

Ny mal