

 <b>HELSE BERGEN</b> <small>Haukeland universitetssjukehus</small>	<b>Kompetansekrav for uautorisert personell</b> <b>Underskriftsskjema</b>	
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet	Gyldig fra/til: 10.01.2022/10.01.2023	
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Radiologisk avdeling	Versjon: 3.01	
Godkjenner: <a href="#">Torunn Øvre</a>	<a href="#">Retningslinje</a>	
Dok. ansvarlig: <a href="#">Liv Mekki</a>	Dok.id: D38429	

### **Retningslinjer for tilgang til magnetrom;**

Lab 6, Lab 7, P2, P3, P1 og U3 på Radiologisk avdeling.

### **KUN AUTORISERT PERSONELL HAR ADGANG TIL MR-SCANNERROM.**

Gjelder **alle** ansatte uten MR tilknytting.

**Før** man går inn i magnetrommet skal man har gjort seg kjent med gjeldende retningslinjer: Retningslinjene skal ivareta sikkerheten til personene som befinner seg i magnetrommet eller vil bevege seg inn i magnetrommet.

Husk: selv om datasystemet slås av, er **magneten alltid på!**

Du **SKAL IKKE** gå inn i magnetrommet hvis:

1. Du har pacemaker.
2. Du har fjernet pacemaker, men elektrodene er ikke fjernet.
3. Du har hatt hjerneblødning og fått operert inn et aneurisme klips.
4. Du har et cerebral eller øre implantat.
5. Du har en metallsplint i øye.
6. Du er gravid i første trimester dvs. t.o.m. 12 uker svangerskap.

Du **SKAL IKKE** ta med metallgjenstander inn i magnetrommet eks. seng, rullestol, O<sub>2</sub>-kolbe, renholds tralle, pussemaskin, stige, boremaskin osv  
Magneten tiltrekker seg metallgjenstander med stor kraft (1,5 og 3 Tesla). Dette kan medføre alvorlige skader på personer som befinner seg i magnetrommet.

Før du går inn i magnetrommet:

1. Tøm lommene for løse gjenstander eks. calling, nøkler, lommebok, saks, skrutrekker osv.
2. Legg fra deg ditt ID kort (informasjon lagret på magnet stripen blir slettet).
3. Ta av klokke.
4. Fjern evt. høreapparat.
5. Fjern evt. metall- hårklemmer.

Andre opplysninger:

1. Vi anbefaler at gravide følgepersonell/arbeidstakere ikke går inn i magnetrommet. Resultater så langt gir ikke holdepunkter for at de elektromagnetiske feltene ved MR-apparater kan skade fosteret, men det anbefales en føre var praksis. Gravide arbeidstagere kan arbeide i og rundt MR-rommet i alle stadier av svangerskapet, men anbefales å begrense oppholdstiden i selve MR-rommet til et minimum. Gravide oppfordres til ikke å forbli i MR-rommet under scanning.
2. Ortopediske proteser/plater/skruer i eks.hofte, kne, skulder osv. er uproblematisk mtp. din sikkerhet.
3. Spirale (IUD) er uproblematisk.
4. Brilller/kontaktlinser er uproblematisk.

Magnetrommet skal være låst når MR personal ikke er tilstede.

Personer som har gjøremål inne i magnetrommet skal låse døren til magnetrommet når arbeidsoppgaven er utført.

Jeg har forstått og godtatt disse retningslinjer.

Navn \_\_\_\_\_

Ved evt. spørsmål eller behov for utfyllende opplysninger, ta kontakt fra kl.0730 hverdager:

1. Enhetsleder (MR) : 77706
2. MR-personale, Telefon 77727.