

Kategori: Ledelse og styringssystem/Kvalitet og pasientsikkerhet/Pasientsikkerhet	Gyldig fra/til:06.11.2023/06.11.2025
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Kvinneklivnikken/Fødeavdelingen	Versjon: 3.06
Godkjenner: Gjernes, Aaste Benedicte	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Molvik, Silje Grande	Dok.id: D38577

Innhold

1	Hensikt	1
2	Målgruppe	1
3	Plassering	1
4	Innhold	2
5	Fremgangsmåte	3
6	Referanser	4
5	Endringer siden forrige versjon.....	4

1 Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å sikre at alle trallene er like, og at alle er kjent med innhold og plassering.

2 Målgruppe

Alle ansatte på fødeavdelingen.

3 Plassering

Eklampsi tralle er plassert på medisinrommet på Føde A, Føde B og Føde C, og Føde D Storken. Du finner den også på medisinrom/lager på svangerskap-og barselpol. rom 1132.



4 Innhold




Oppå trallen:

- Stoppeklokke
- Innholdsliste eklampsi tralle
- Eklampsi akuttskjema
- Utstyr til veneflon
- Bolus dose Magnesium



Skuff 1:

- Vedlikeholdsdose Magnesium
- Antidot Calciumgluconat

**Skuff 2:**

- Bolusdose Trandate (labetalol)
- Trandate (labetalol) infusjon
- Reflekshammer

**Skuff 3:**

- Ekstra bolusdose magnesium
- Utstyr til innleggelse av KAD
- Timediuresesett

5 Fremgangsmåte

- Utløs akutt alarm dårlig mor ved eklamsi. Se referanse nederst her for link til retningslinje.
- Hent eklamsi tralle på medisinrom hvis den ikke er på rommet der kvinnen er.
- Akutt skjema Eklamsi

- Plasser blå kjegle utenfor aktuelt rom, befinner du deg ikke på fødestue, ta med blå kjegle fra medisinrom.

Eklampsi tralle sjekkes ukentlig, og fylles på og settes på plass etter bruk.

6 Referanser

KK: [Eklampsi. Truende eklampsi](#)
[Eklampsi akuttskjema](#)

KSK: [Eklampsi](#)

5 Endringer siden forrige versjon

Oppdatert til tralle og for bruk i Glasblokkene.