

TILTAK VED PUSTESTOPP (APNE) - METNINGSFALL

Ønsket SpO₂ (metning) > 90%
Hvis ekstra oksygen (eks fra nesekateter): SpO₂ 90-94%

HVIS SpO₂ FALL 89-80%

SE PÅ BARNET:

- PUSTER DET?
- HEVER BRYSTKASSEN SEG?
- HØRES PUSTELYDER?
- ER NESEKATETER PÅ PLESS?
- PULSOKSYMETERPROBEN FALT AV?
- SONDEN PÅ PLESS/LØS?

HVIS PUSTESTOPP MED SpO₂ FALL < 79%

SØRG FOR FRIE LUFTVEIER

- NØYTRAL POSISJON AV HODET/NAKKEN
- TA KJEVEGREP/HAKEGREP
- RENS FOR EVT GULP, SLIM

- STIMULER BARNET MED BERØRING
- STRYK PÅ RYGGEN/BRYSTET
- STREKK PÅ EN ARM

HVIS INGEN RESPONS

- BARNET BLIR BLEKT
- BLÅ PÅ LEPPER
- SLAPT
- (LAV PULS, VEDVARENDE LAV SpO₂)

TILKALL HJELP