

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	Prosedyre for eksternt utlån av pumpe til kontinuerlig subkutan infusjon (sprøytepumpe, smertepumpe)	
Kategori: []	Gyldig fra/til: 09.03.2025/09.03.2026	
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Kliniske støttefunksjoner	Versjon: 4.01	
Godkjenner: Flindt, Camilla	Prosedyre	
Dok. ansvarlig: Camilla Flindt	Dok.id: D26570	

1. Utlån

Enhet for behandlingshjelpemidler (BHM) låner ut sprøytepumper (smertepumper) med tilhørende forbruksmateriell til pasienter som starter sin behandling:

- i spesialisthelsetjenesten eller
- via Kommunalt Palliativt Team (KPT) i Bergen Kommune.

I det tilfeller hvor behandling startes på institusjon, skal behandling i utgangspunktet startes med institusjonen sitt eget utstyr. Dersom fastlege starter behandling, skal pasienten henvises til spesialisthelsetjenesten (eller KPT dersom pasienten tilhører Bergen Kommune).

Ved overflytting av pasient fra Helse Bergen til andre helseforetak må sjukehusapoteket kontaktes for aktuelle pumper.

[Sekundærhenvisning](#) i DIPS Arena med ferdig utfylt skjema, *Arena BL Utlån av behandlingshjelpemidler*, skal fortrinnsvis foreligge før utlevering skjer. Sprøytestørrelsen må presises i skjema. Ved behov for utleverings samme dag må BHM kontaktes per telefon.

Ved utlevering av sprøytepumpe blir pumpens registreringsnummer registrert på pasienten i BHM sitt registreringssystem.

2. Utlevering

Pumpe utleveres fra:

Enhet for behandlingshjelpemidler,
 Solheimsgaten 13, 5058 Bergen
 Motorhallen, Inngang A, 6. etasje.

Åpningstider: Mandag – fredag, kl. 0900 - 1500
 Telefon: 55974177,
 Telefontid: Mandag – fredag 0900 - 1100 og 1200 - 1500.

3. Bruk og vedlikehold

Det vises til pumpens brukermanual og tilhørende prosedyrer for bruk, vedlikehold og renhold av pumpen.

4. Innlevering/service

Etter avsluttet behandling returneres pumpen til BHM. Pumpen skal da være rengjort og alt engangsmateriell skal være fjernet. Pumper som kommer inn til sykehusene med BHM sitt registreringsmerke, skal returneres til BHM. Dersom det er feil på pumpe, ber vi om at merknad om feil legges ved, før den returneres til BHM.