

Kategori: Kliniske støttefunksjoner - Medisinsk utstyr	Gyldig fra/til: 18.10.2023/18.10.2024
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF - Fellesdokumenter - Kliniske støttefunksjoner	Versjon: 1.04
Godkjenner: Larsen, Gunn M Krogenes	Prosedyre
Dok. ansvarlig: Gunn M.K.Larsen	Dok.id: D59568

### Hensikt:

Sikre at utstyr til hjemmebehandling får riktig innstillinger.

### Generelt:

Behandler har ansvar for at utstyr innstilles på korrekt måte. Behandler lagrer utstyrsinnstillingsdokumentasjonen i pasients journal i DIPS. Det benyttes dokumenttype «**BHM Innstilling av hjemmeutstyr**».

Dokumentet lagres i journal og vil i tillegg være synlig via dokumenttreet under HBE Løpende journal- HBE FE BHM Innstillinger hjemmeutstyr.

I noen tilfeller når pasientens utstyr innleveres ved BHM, må BHM legge inn innstillingene.

### Fremgangsmåte:

Ved behov for å finne innstillinger til utstyr skal det sjekkes om det er registrert innstillinger i DIPS.

Logg på i DIPS

Søk frem aktuell pasient via fødselsnummer eller NPR id

Trykk F12 – «utforsker»

Åpne + tegnet foran aktuell pasient

Åpne + tegnet foran HBE Løpende journal

Se etter HBE FE BHM Innstillinger- dersom den katalogen finnes åpnes den. I denne katalogen skal utstyrsinnstillingene ligge. Vær obs på dato, slik at den nyeste brukes. Ved å hakke av for «Autofilter» kan man sortere dokumentene etter behov.